


FICHA TÉCNICA

JERINGA ASPIRACIÓN 3 AROS PROCLINIC		
REFERENCIAS	59852	
FABRICANTE / RESPONSABLE	ASA DENTAL SPA Via Valenzana, 60 55054 MASSAROSA – BOZZANO LUCCA - ITALY (IT)	
CLASIFICACIÓN	Producto Sanitario Clase I, Reglamento (UE) 2017/745 MDR.	
DESCRIPCIÓN	- Jeringa de tres aros con sistema doble gancho. - Jeringas dentales. - Sistema Carpule. - No auto aspirante. - No presentan alteraciones con los desinfectantes químicos. - Esterilizable - Dureza entre 40-44hrc - Diseño y características ergonómicas	
ESPECIFICACIÓN	Cartucho de 1,8 ml - rosca metricodecimal. 1.8 ml cartridge metric thread 	

FICHA TÉCNICA

COMPOSICIÓN	Acero inoxidable quirúrgico.
PRESENTACIÓN	Contiene una unidad.
VIDA ÚTIL	La vida útil del instrumento depende de la frecuencia de uso, el cuidado del usuario y los métodos de reprocesamiento adecuados.
INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD	Los dispositivos son reutilizables, sin embargo, es necesaria la limpieza y esterilización antes de cada uso. Esterilizable por 500 ciclos (Temperatura máxima recomendada 140 °C) Si existe algún indicio de óxido, el instrumento no debe utilizarse.
FINALIDAD PREVISTA	Jeringa de tres aros con sistema doble gancho.
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	No requiere condiciones especiales de almacenamiento y transporte.